



Datum: 2012-06-27 V.2/Rev.A Seite 1/1	<b>PRODUKT - DATENBLATT</b> <b>ABE® -Wundverband, steril</b> Karl Beese (GmbH & Co. KG)	<b>REF 4750, 4752, 4754, 4756, 4758, 4760, 4762, 4764, 4766, 4768</b> WUNDEVBAND DAT2.DOC
---	---	--

Artikel	ABE® -Wundverband, steril			
Varianten	Art.-Nr. (REF)	Abmaße	Abmaße Wundkissen	St./UVP
	4750	5 x 7,2 cm	2,8 x 3,8 cm	100
	4752	6 x 10 cm	3 x 5 cm	50
	4754	8 x 10 cm	4 x 5 cm	50
	4756	10 x 10 cm	5 x 5 cm	50
	4758	12,5 x 10 cm	7,5 x 5 cm	50
	4760	15 x 10 cm	10 x 5 cm	50
	4762	20 x 10 cm	15 x 5 cm	50
	4764	25 x 10 cm	20 x 5 cm	25
	4766	30 x 10 cm	25 x 5 cm	25
	4768	35 x 10 cm	30 x 5 cm	25
Produktbeschreibung	Steriler Wundverband, einzeln verpackt, aus weißem Vlies mit nicht wundhaftendem, sehr saugfähigem Wundkissen, frei von Latex, PVC und DEHP			
Ausgangsmaterial	100% ungebleichtes Polyestervlies mit hypoallergenem Polyacrylatkleber, Wundkissen aus Viskose/ Polyester (außer REF 4750: Viskose/ PP/PE-Vlies) mit Antihafschicht aus mikroperforiertem Polyethylen			
Sterilisation	In der Endverpackung sterilisiert mit validierten Verfahren			
Erste Verpackung	Peelpackung, Papier/Papier			
Spenderkarton	Vollkarton			
Versandkarton	Wellpappe, min. 3 mm			
Lagerungs- und Transporthinweise	Vor Hitze und Sonneneinstrahlung sowie Nässe schützen. Maximale Kartonstapelhöhe: 2,30 m			

Zweckbestimmung	Einmalprodukt zur postoperativen Wundversorgung. Bei einer Wiederaufbereitung ist eine Materialveränderung und ein Infektionsrisiko nicht ausgeschlossen
Klassifizierung nach Richtl. 93/42/EWG	Klasse Is
Resultate der Risikobeurteilung und klinischen Bewertung	Kein erhöhtes Risiko erkennbar für Anwender und Patient, wenn das Produkt wie vorgesehen angewendet wird
Code nach UMDNS	Heftpflaster (10-026)
Konformitätserklärung nach Richtlinie 93/42/EWG	Konformitätserklärung entsprechend der Richtlinie 93/42/EWG liegt vor, die Produkte sind in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und werden mit CE-Kennzeichnung in Verkehr gebracht

Hinweise	Weitere Informationen über das Sortiment entnehmen Sie bitte der Produktübersicht. Änderungen vorbehalten
----------	---

<b>Karl Beese (GmbH &amp; Co. KG)</b>	
 i.A. Dipl.-Ing. Katy Fischer - Qualitätswesen und Produktentwicklung -	 i.A. Dipl.-Biol. Dietmar Geisthardt - Leiter Produktentwicklung -